

Teknik Şartname

Canlı -ölü Hücre belirleme Kiti (100 testlik)

İçerisinde 100 örneklilik 1 ml thiazole orange solüsyonu, propidium iodide solüsyonu ve sıvı sayma boncuğu (liquid counting beads) olmalı

BD Accuri C6 Plus Flow sitometre için uyumlu olmalı

İçerisinde ayrıca 2 aylık Flow sitometre bakım kiti bulundurmalıdır

