

Teknik Şartnameler

Sıcaklık ve nem kayıt cihazı	* Sıcaklık ölçüm aralığı -40...+70°C arasında olmalıdır * Nem ölçüm aralığı 0-100% arasında olmalıdır * Kayıt aralığı 1sn-24 saat arasında olmalıdır * LCD ekranı anlık sıcaklık ve nem ölçümlerine ek olarak minimum/maksimum değerleri ve alarm durumunu gösterir olmalıdır * En az 32.000 adet veri hafızasına sahip olmalıdır * Veri indirme için USB ara yüzü olmalıdır * LCD ekranı olmalıdır ve ücretsiz yazılımı bulunmalıdır
Termo-higrometre	* LCD ekran 40×30 mm boyutunda olmalıdır * Gövde boyutu 109x70x19 olmalıdır * Tarih ve zaman göstergeli olmalıdır * Sıcaklık ölçüm değeri / hassasiyeti = -50 & +70/0.1°C olmalıdır * Nem ölçüm aralığı = 10%-99% olmalıdır



Prof.Dr. Hüseyin İNCEER
Biyoloji Bölüm



Arş. Gör. Rabia SAĞAN