

**TSA-2023-1055 KOD NOLU BAP13 PROJESİ KAPSAMINDA SATIN ALINMASI
İSTENEN SARF MALZEMELERE AİT TEKNİK ŞARTNAMELER**

- A. İstenilen sarf malzemelerin paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.
- B. Maddeler orijinal ambalajında bulunmalı ve üretim tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
- C. İstenilen tüm kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır.
- D. Aşağıda, her bir malzemenin teknik şartnameleri malzemelerin altında belirtilmiştir.

1. DOBAQ / 25 mg için Teknik Şartname

- a) Moleküler ağırlığı 782.19 g olmalıdır.
- b) ≥ 99 (TLC) saflıkta ve toz formda olmalıdır.
- c) Bir şişede 25 mg olmalıdır.
- d) Teklif veren firma ürünün yetkili satıcısı olduğunu belgelendirmelidir.
- e) 20 °C saklama koşuluna uyulmalı ve raf ömrü imalat tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
- f) Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

2. Dialysis Cassettes, 20K MWCO/3ML 10/PACK için Teknik Şartname

- a) 20K MWCO olmalıdır.
- b) 0.5-3 ml hacim kapasiteli olmalıdır.
- c) Kasetler suda yüzebilmeli /veya yüzdürmek için 2 adet buoy ile birlikte gelmelidir.
- d) 1 kutuda 10 adet kaset olmak üzere 2 kutu satın alınacaktır.


Prof. Dr. Figen CELEP EYÜBOĞLU
Proje Yürütücüsü