

TEKNİK ŞARTNAME

1. Mouse interlökin-18 (IL-18) ELISA Kiti

1. Analitik sensitivitesi <31.2 pg/mL olmalıdır.
2. Assay aralığı 31.2-2000 pg/mL olmalıdır.
3. IL-18 ELISA kit'i fare spesifik olmalıdır ve serum, plazma ve süpernatant örneklerinde çalışmalıdır.
4. Saklama koşulu 2-8°C olmalıdır ve kuru buzda teslim edilmelidir.
5. 2x96 testlik olmalıdır.
6. Assay kit formatı "Uncoated ELISA Kit with Plates" olmalıdır.
7. Kit miadı en az 1 yıl olmalıdır.
8. ELISA kiti uzun süre dondurulmuş örneklerde çalışılabilir olmalıdır.
9. Kit uygun saklama koşullarında ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Kit ile birlikte aynı üretici firmanın ürettiği yüksek ve/veya düşük seviye kontrol numuneleri de sertifikaları ile birlikte sağlanmalıdır.
11. Teklif edilen ürünün bilgilerini içeren kılavuzu teklif ile beraber sağlanmalıdır.
12. Kitin tekrarlanabilirlik değerleri (% CV) intra-assay için <%10 ve inter-assay için <%10 olmalıdır.
13. Kitin kullanım kılavuzunda artan standart konsantrasyonlarına karşı elde edilen ortalama absorbans değerleri olmalıdır.
14. Kit herhangi bir nedenle çalışmadığı ve sonuç alınmadığı durumda firma çalışmanı yeni bir kit sağlamak durumundadır.

