

Teknik Şartname

1. Primerler liyofilize olarak 2 ml'lik vida kapaklı tüplerde teslim edilmelidir.
2. Primer kalite kontrolü kütle spektrofotometresi ile yapılmış olarak kalite sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.
3. Her tüpün üzerinde bulunan etiketlerde, sekans dizisi, konsantrasyonu ve sulandırma bilgisi, O.D., Tm değeri, MW değeri, primer veya prob'un adı yazmalıdır.
4. Her bir primer 0.05 µmol veya 0.2 µmol olmalıdır.
5. Her bir primer MOPC veya PAGE veya HPLC saflaştırması yapılmalıdır.



Sentezlenecek Primer Listesi

VF2_t1: TGTA AACGACGGCCAGTCAACCAACCACAAAGACATTGGCAC (43 Baz)

FishF2_t1: TGTA AACGACGGCCAGTCGACTAATCATAAAGATATCGGCAC (43 Baz)

FishR2_t1: CAGGAAACAGCTATGACACTTCAGGGTGACCGAAGAATCAGAA (43 Baz)

FR1d_t1: CAGGAAACAGCTATGACACCTCAGGGTGTCCGAARAAAYCARAA (43 Baz)

Teknik Şartname

1. Primerler liyofilize olarak 2 ml'lik vida kapaklı tüplerde teslim edilmelidir.
2. Primer kalite kontrolü kütle spektrofotometresi ile yapılmış olarak kalite sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.
3. Her tüpün üzerinde bulunan etiketlerde, sekans dizisi, konsantrasyonu ve sulandırma bilgisi, O.D., Tm değeri, MW değeri, primer veya prob'un adı yazmalıdır.
4. Her bir primer 0.05 µmol veya 0.2 µmol olmalıdır.
5. Her bir primer MOPC veya PAGE veya HPLC saflaştırması yapılmalıdır.

