

ELMAS SEPHARE

1. Piyasemene takılabilir bir mandreni olmalıdır.
2. Sonsuz elmas partikülleri içermelidir.
3. Grenleri dağılmamalıdır.
4. Farklı gren yapılarında olmalıdır ve gövdesindeki kuşak sayesinde bu anlaşılabilir.

KORTİKAL KEMİK PILOT DELME UCU

1. Paslanmaz çelik olmalıdır.
2. Uç kısmı elmas kalı olmalıdır.
3. Çok yoğun kortikal kemikte pilot delme işlemi için kullanılmalıdır.
4. Uç kısmı konik ve elmas kaplı olmalıdır.
5. Uç çapı 1.35 mm olmalıdır.

SİNÜS ZEMİNİ DELME FREZİ

1. Paslanmaz çelik olmalıdır.
2. Sinüz zemininin delinmesi ve kırılması için tasarlanmış olmalıdır.
3. Uç kısmı silindirik ve elmas kaplı olmalıdır.
4. Uç çapı 2.1mm olmalıdır.

