

EUROSTANDART TİP I IVC KAFES SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kafesler Euro Tip 4 özelliğinde, ve 480 mm x 375 mm x 210 mm boyutlarında ve taban yaşam alanı 1500 cm² olmalıdır.
2. Her bir kafes kafes gövdesi, contalı ayraçlı tel, filtreli kapak, plastik kart tutucu, ve kapaklı suluk parçalarından oluşmalıdır.
3. Kafes kapaklarının üzerinde emniyet filtresi olmalıdır.
4. Kafesler, kafes kapakları ve şişeleri şeffaf polisulfon (PSU) malzemenen üretilmiş ve 121 ° C ' ye kadar otoklavlanabilir olmalıdır.
5. Her bir kafeste etiket tutucu olmalıdır. Bunlar kafesin ön kısmına takılabilmeli ve tamamen plastik malzemenen imal edilmiş olmalıdır.
6. Kafesler ile beraber 1 adet polisulfon (PSU) suluk verilmelidir. Suluklar 700 ml kapasitede, polisulfon (PSU) malzemenen, 121 ° C ' ye kadar otoklavlanabilir özellikte sert , sıkılmayacak ve bükülmeyecek özellikte olmalıdır.
7. Sulukların değişimi sırasında üst kapağı çıkartmaya ihtiyaç olmamalıdır. Suluk ağızlığının kafes içine girdiği yerde bir adet valf olmalı ve suluk çıkarıldığında otomatik olarak kapanıp dış ortam ile bağlantıyı kesmelidir.
8. Suluklar, silikon contalı ağızlıkları ile birlikte set halinde olmalıdır.
9. Kafeslere hava giriş ve çıkışı hayvanları rahatsız etmeyecek şekilde olmalı ve giriş çıkış valfleri kafesin kapak kısmında olmalıdır. Kafes gövdesinde hayvanların üzerine direk hava veren sistemler kabul edilmeyecektir.
10. Kafeslerin yan kısımlarında plastik rak raylarına oturmaya uygun çıkıntılar olmalıdır.
11. Kafesler üniversitemizde kullanılmakta olan raklarla uyumlu olmalıdır.
12. Suluk ağızlıkları kapak ve emzik tek parça komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve emzik kısmı 65 mm uzunlukta olmalıdır.

Prof. Dr. İsmail Aşipid
İsmail Aşipid