

Teknik Şartname

Hücre Kültür Kapları Teknik Şartname

Hücre Kültürü kapları 25 cm² olmalıdır.

Hücre kültürü kapları, mikroskopik incelemenin gerekli olduğu her tür kültür için ideal olmalıdır.

Hücrelerin yerini belirlemek için her plakanın altında sayısal göstergeler olmalıdır.

Hücre Kültürü kapları, havalandırma Kapağı ile birlikte olmalıdır.

Hücre kültür kapları 10 adetlik paketlerde olmalıdır.

1. Hücre kültür kapları Steril, fermuarla kapatılabilir torbalarda paketlenmiş olmalıdır.
2. Hücre kültür kapları Yüksek berraklık, % 100 bakire polistiren olmalıdır.
3. Hücre kültür kapları Buzlu yazı ve net derecelendirmelere sahip olmalıdır.
4. Hücre kültür kapları Kaymasız istifleme için çentikli alt kısma sahip olmalıdır.
5. Hücre kültür kapları E-Beam ile sterilize edilmiş olmalıdır.
6. Hücre kültür kapları Parti izlenebilirliği için net lot numarasına sahip olmalıdır.
7. Hücre kültür kapları Pirojenik olmamalıdır, DNaz / RNaz içermemelidir.

DNA İzolasyon Kiti Teknik Şartnamesi

1. Kit 100 reaksiyonluk/örneklik kutuda olmalıdır.
2. Ürün periferik kandan DNA'nın hızlı ve etkili bir şekilde saflaştırılmasına olanak sağlamalıdır.
3. Pürifye edilen DNA; kontaminantlardan ve enzim inhibitörlerinden arınmış halde, A260/A280 değeri 1.7 ila 1.9 arasında olmalı ve farklı uygulamalarda kullanıma uygun olmalıdır.
4. Ürünün içerisinde; kandan DNA izolasyonu için gereken bütün solüsyonlar ve proteinaz K (liyo-filize) bulunmalıdır.
5. Kit 15-25°C arasında muhafaza edilebilmelidir.
6. Teklif veren firma **yerli üretici firma olmalı** ve laboratuvarımıza numune ürün gönderen ve **ürünün çalıştığı test edilmiş** bir firma olmalıdır.

