

1. FİLTEK Z250 TEK TÜP

1. Ürün anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun olmalıdır.
2. Işıkla polimerize olmalıdır.
3. Radyopak olmalıdır.
4. Florid içermemelidir.
5. Hibrit yapıda olmalıdır, kompozitin inorganik partikül boyutları 0,01 ve 3,5 mikron arasında olmalıdır. Ortalama partikül boyutu 0,6 mikron olmalıdır.
6. Kompozitin içerdiği doldurucu oranı ağırlık olarak en fazla %82 ve hacimsel olarak %60 olmalıdır.
7. Ürün en fazla 20 saniye sürede polimerize olmalıdır.
8. Set orijinal ambalajının içinde A1, A2, A3, A3,5, B3, C2, D3 ve UD (üniversal dentin) renk seçenekleri olmalıdır.
9. Aksesuar olarak orijinal ambalajının içinde, en az 25 adet fiber fırça ucu, fırça sapı, renk skalası, ve en az 48 adet tek kullanımlık gode olmalıdır.
10. Setin içinde 3, 2, 1,5, ve 1 mm'lik kademeli olarak yapılmış kompozit renginin seçilebileceği sıkala ve malzemenin polimerizasyonunun test edilebildiği 18 mm derinliğinde ve 3 mm çapında özel bir delik içeren renk skalası içermelidir.
11. Ürün CE standartlarına uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.

2. TETRİC N CERAM BULKFİLL


1. Ürün posterior kullanım için uygun olmalıdır.
2. 4 mm lik katmanlar halinde dolgu yapılabilir.
3. Yumuşak kıvamı sayesinde kaviteye kolayca yerleştirilebilir.
4. İçeriğindeki patentli foto aktivatörivocerin sayesinde 10sn ışınlama yeterli olmalıdır.
5. Ürünün çalışma süresi 200 sn olmalıdır.
6. Ürünün 3 renk seçeneği olmalıdır.
7. Ürün şırınga formunda en az 3.5gt olmalıdır.

3. X-TRAFİLL

1. Ürün clas I-II dolgulara kullanılabilir.
2. 4mm lik katmanlar halinde uygulanabilir.
3. Polimerizasyon süresi 10m sn olmalıdır.
4. Ürünün radyoopasitesi %330 olmalıdır.
5. Ürünün büzülme oranı %1.7mm olmalıdır.
6. Ürün şırınga formunda ve 5 gr lik olmalıdır.

4. KETACMOLAR EASYMİX

1. Ürün granüle edilmiş cam iyonomer esaslı olacaktır.
2. Ürün minimal invaziv restorasyon tekniğine uygun olacaktır.
3. Ürün amalgam kıvamlı, sıkıştırılabilir özellikte olacaktır.
4. Ürünün doldurucusu fazla olacak; asit erozyonuna, aşınmaya karşı direnç artımı sağlanacaktır.
5. Toz ve likit şeklinde olacak; toz, sıvıyı optimum derecede emerek hızlı ve kolay karıştırma sağlayacaktır.
6. Ürün en az 3 (üç) dk. çalışma zamanına ve karıştırmadan itibaren en fazla 5 (beş) dk. donma zamanına sahip olacaktır.
7. Her karışımda sabit kıvam elde edilecektir.



8. Florid salınımı gerçekleştirecektir.
9. Dentin ve mineye kendiliğinden yapışacaktır.
10. Yüksek derecede radyopak olacaktır.
11. Optimum yüzey sertliğine sahip olacaktır.
12. Ürün; süt dişi restorasyonlarında, daimi sınıf 1 (bir) restorasyonlarda, yarı daimi posterior diş restorasyonlarında, kor yapımında ve kuron altında kullanılacaktır.
13. Ürün ayrıca kompozit dolguların altında taban maddesi olarak da kullanılabilir.
14. Ürün orijinal ambalajında olacak, orijinal ambalaj içinde; A 3 renginde 1 (bir) adet en az 12 (on iki) gr. toz, 1 (bir) adet en az 8 (sekiz) ml. Likit ve karıştırma kağıdı olacaktır.
15. Ürünün tozu ışık geçirmeyen gümüş renkli ayrı bir ambalajın içerisinde daha olmalıdır.
16. Ürün orijinal ambalajında Türkçe kullanım kılavuzu ve renkli resimli uygulama kartı olacaktır.
17. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olacaktır.

5. SOFLEX DİSK SETİ

1. Ürün; kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilâlanması için kullanılabilir.
2. Ürün; anterior ve posterior restorasyonların fasiyal ve lingualmarjinlerinde kullanılabilir.
3. Ürün orijinal ambalajı içerisindeki esnek diskler alimünyum oksitle kaplanmış olmalı ve diş ısı vermeden kuru bir şekilde kullanılabilir.
4. Ürün; kalından süper inceye en az 4 aşındırma derecesine ve normal ile ekstra ince olmak üzere en az 2 disk kalınlığına sahip olmalıdır.
5. Her aşındırma derecesinin renkleri farklı olmalıdır. Aşındırma dereceleri süper incede 1-7 μm , incede 3-9 μm , orta kalınlıkta 10-40 μm ve kalında 50-90 μm olmalıdır.
6. Patentli bir mandrel sistemine sahip olmalı ve bu özelliği sayesinde, diskler kolayca değiştirilebilir.
7. Ürün içerisinde en az 240 adet kalın, orta, ince, süper ince grenli en az 2 değişik boyutta disk ve az 1 adet mandrel bulunmalıdır.
8. Ürün CE standartlarına uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.

